

学校等給食食材の放射性物質スクリーニング検査結果(6月分)

- 検査方法: NaI(Tl)シンチレーション検出器(米国CAPINTEC社製 CAPTUS-3000A)による、食材の放射性セシウムスクリーニング検査
- 測定時間: 1200秒 ●検出下限値: 10ベクレル/kg以下

食材数	食材提出校名	検査日	品目	産地	スクリーニング検査結果 ※		精密検査結果(単位:ベクレル/kg)		
					精密検査の実施の目安以内	精密検査の実施の目安超過	測定日	測定機関	放射性セシウム
1	古川第一小学校	平成30年6月13日	小松菜	宮城県大崎市古川	○				
2	古川第二小学校	平成30年6月13日	小松菜	宮城県大崎市古川	○				
3	古川第四小学校	平成30年6月13日	ラディッシュ	宮城県加美町	○				
4	古川北町保育所	平成30年6月13日	にんじん	茨城県	○				
5	古川西保育所	平成30年6月13日	ねぎ	茨城県	○				
6	古川西保育所	平成30年6月13日	ラディッシュ	宮城県大崎市古川	○				
7	鹿島台中学校	平成30年6月14日	玉ねぎ	宮城県大崎市鹿島台(学農)	○				
8	古川第四小学校	平成30年6月15日	大根	宮城県加美町(畑)	○				
9	長岡小学校	平成30年6月19日	豆もやし	栃木県	○				
10	古川北中学校	平成30年6月19日	きゅうり	宮城県大崎市古川	○				
11	田尻学校給食センター	平成30年6月19日	玉ねぎ	宮城県大崎市田尻	○				
12	田尻すまいる園	平成30年6月19日	玉ねぎ	宮城県大崎市	○				
13	鹿島台なかよし園	平成30年6月20日	きゅうり	宮城県大崎市鹿島台(保育園畑)	○				
14	鹿島台なかよし園	平成30年6月20日	玉ねぎ	宮城県大崎市鹿島台(学農)	○				
15	敷玉小学校	平成30年6月28日	キャベツ	宮城県仙台市	○				
16	松山小学校	平成30年6月28日	なす	宮城県	○				
17	松山中学校	平成30年6月28日	トマト	栃木県	○				
18	古川中学校	平成30年6月28日	きゅうり	宮城県大和町	○				
19	鹿島台中学校	平成30年6月28日	人参	宮城県大崎市鹿島台(学農)	○				
20	松山あおぞら園	平成30年6月28日	じゃがいも	宮城県仙台市	○				

※「スクリーニング検査結果」の欄中の「精密検査の実施の目安」とは、スクリーニング検査結果を「一般食品」の基準値を目安として判断したとき、1/2を超えているか否かを○印で示すものです。

- 食品衛生法の規定に基づく「一般食品」の放射性セシウムの基準値は、放射性セシウム134と137の合計で100ベクレル/kgです。
- スクリーニング検査において、国が定める基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された場合には、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査をおこないます。

問い合わせ: 教育委員会教育総務課(電話:0229-72-5032)

問い合わせ: 子育て支援課(電話:0229-23-6045)