

学校給食食材の放射性物質簡易検査結果(2月分)

●検査方法: NaI(Tl)シンチレーション検出器(米国CAPINTEC社製 CAPTUS-3000A)による, 食材の放射性セシウムスクリーニング検査  
 ●測定時間: 1200秒 ●検出下限値: 10ベクレル/kg以下

食材数	食材提出校名	検査日	品目	産地	簡易検査結果 ※		精密検査結果(単位:ベクレル/kg)		
					精密検査の実施の目安以内	精密検査の実施の目安超過	測定日	測定機関	放射性セシウム
1	田尻学校給食センター	平成25年2月5日	豆腐	宮城県大崎市田尻(大豆)	○				
2	岩出山学校給食センター	平成25年2月5日	キャベツ	宮城県大崎市岩出山	○				
3	大崎南学校給食センター	平成25年2月5日	なめこ	宮城県加美町	○				
4	古川第五小学校	平成25年2月5日	えのき茸	宮城県加美町	○				
5	上野目小学校	平成25年2月5日	干柿	宮城県大崎市岩出山	○				
6	古川南中学校	平成25年2月5日	ほうれん草	宮城県仙台市	○				
7	田尻すまいる園	平成25年2月5日	つぼみ菜	宮城県大崎市田尻	○				
8	三本木ひまわり園	平成25年2月5日	にら	福島県	○				
9	古川たんぼぼ保育所	平成25年2月5日	かぶ	宮城県大崎市古川	○				
10	松山小学校	平成25年2月7日	じゃがいも	宮城県大崎市松山	○				
11	鹿島台第二小学校	平成25年2月8日	キャベツ	愛知県	○				
12	敷玉小学校	平成25年2月8日	白菜	宮城県大崎市古川	○				
13	鹿島台中学校	平成25年2月8日	小松菜	宮城県	○				
14	松山保育所	平成25年2月7日	三つ葉	宮城県美里町	○				
15	古川第一小学校	平成25年2月13日	水菜	宮城県涌谷町	○				
16	古川第二小学校	平成25年2月13日	りんご	宮城県加美町	○				
17	古川第四小学校	平成25年2月13日	黒鯛切身	三陸	○				
18	古川中学校	平成25年2月13日	長ネギ	宮城県加美町	○				
19	古川北町保育所	平成25年2月13日	スリムネギ	宮城県石巻市	○				
20	古川西保育所	平成25年2月13日	大根	千葉県	○				
21	鳴子中学校	平成25年2月15日	じゃがいも	宮城県大崎市鳴子温泉	○				
22	鳴子小学校	平成25年2月15日	さんますり身	三陸	○				
23	川渡小学校	平成25年2月15日	豚ひき肉	宮城県加美町	○				
24	中山小学校	平成25年2月15日	ピーマン	高知県	○				
25	池月保育所	平成25年2月15日	ほうれん草	宮城県	○				
26	古川第三小学校	平成25年2月19日	大根	神奈川県	○				
27	長岡小学校	平成25年2月19日	つぼみ菜	宮城県大崎市古川	○				
28	宮沢小学校	平成25年2月19日	水菜	宮城県涌谷町	○				
29	清滝小学校	平成25年2月19日	ほうれん草	宮城県大崎市古川	○				
30	古川北中学校	平成25年2月19日	白菜	宮城県大崎市古川	○				
31	古川東保育所	平成25年2月19日	生しいたけ	宮城県大崎市古川	○				
32	松山中学校	平成25年2月22日	豚ひき肉	宮城県	○				
33	古川西中学校	平成25年2月22日	ゆき菜	宮城県大崎市古川	○				
34	鹿島台小学校	平成25年2月22日	さつまいも	茨城県	○				
35	下伊場野小学校	平成25年2月22日	長ネギ	宮城県加美町	○				
36	東大崎小学校	平成25年2月22日	ごぼう	青森県	○				
37	岩出山保育所	平成25年2月22日	えのき茸	宮城県加美町	○				
38	鬼首小学校	平成25年2月26日	ほうれん草	宮城県大崎市	○				
39	西古川小学校	平成25年2月26日	人参	宮城県大崎市古川	○				
40	富永小学校	平成25年2月26日	スリムネギ	福岡県	○				
41	大崎南学校給食センター	平成25年2月27日	豚モモ挽肉	宮城県大崎市	○				
42	岩出山学校給食センター	平成25年2月27日	豆腐	宮城県(大豆)	○				
43	田尻学校給食センター	平成25年2月27日	チンゲン菜	茨城県	○				
44	古川第五小学校	平成25年2月27日	小松菜	宮城県大崎市古川	○				
45	古川南中学校	平成25年2月27日	長ネギ	宮城県大崎市古川	○				
46	三本木ひまわり園	平成25年2月27日	いちご	福島県	○				
47	古川たんぼぼ保育所	平成25年2月27日	さつまいも	茨城県	○				
48	田尻すまいる園	平成25年2月27日	小松菜	宮城県大崎市田尻	○				

※「簡易検査結果」の欄中の「精密検査の実施の目安」とは、簡易検査の結果が国が定める基準値の1/2を超えているか否かを○印で示すものです。  
 ●簡易検査において、国が定める基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された場合には、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査をおこないます。  
 ●簡易検査の対象は「一般食品」で、食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウムの基準値は、放射性セシウム134と137の合計で100ベクレル/kgです。

問い合わせ: 教育委員会教育総務課(電話: 0229-72-5032)