

学校給食食材の放射性物質簡易検査結果(4月分)

●検査方法: NaI(Tl)シンチレーション検出器(米国CAPINTEC社製 CAPTUS-3000A)による, 食材の放射性セシウムスクリーニング検査

●測定時間: 1200秒 ●検出下限値: 10ベクレル/kg以下

| 食材数 | 食材提出校名 | 検査日 | 品目 | 産地 | 簡易検査結果 ※ | | 精密検査結果(単位:ベクレル/kg) | | |
|-----|-----------|------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|------|---------|
| | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム |
| 1 | 古川第一小学校 | 平成25年4月11日 | キャベツ | 神奈川県 | ○ | | | | |
| 2 | 古川第二小学校 | 平成25年4月11日 | 鶏もも肉 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 3 | 古川第四小学校 | 平成25年4月11日 | ごはん | 宮城県大崎市 | ○ | | | | |
| 4 | 古川第五小学校 | 平成25年4月11日 | 小松菜 | 宮城県大崎市古川 | ○ | | | | |
| 5 | 古川中学校 | 平成25年4月11日 | スリムネギ | 宮城県 | ○ | | | | |
| 6 | 古川たんぽぽ保育所 | 平成25年4月11日 | きゅうり | 宮城県加美町 | ○ | | | | |
| 7 | 古川北町保育所 | 平成25年4月11日 | ニラ | 栃木県 | ○ | | | | |
| 8 | 古川西保育所 | 平成25年4月11日 | 豆もやし | 栃木県 | ○ | | | | |
| 9 | 鬼首小学校 | 平成25年4月16日 | 豚バラ肉 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 10 | 川渡小学校 | 平成25年4月16日 | じゃがいも | 宮城県大崎市鳴子温泉 | ○ | | | | |
| 11 | 中山小学校 | 平成25年4月16日 | ほうれん草 | 宮城県大崎市古川 | ○ | | | | |
| 12 | 鳴子小学校 | 平成25年4月16日 | 菜の花 | 宮城県亘理町 | ○ | | | | |
| 13 | 鳴子中学校 | 平成25年4月16日 | きゅうり | 宮城県登米市 | ○ | | | | |
| 14 | 池月保育所 | 平成25年4月16日 | きゅうり | 宮城県 | ○ | | | | |
| 15 | 古川第三小学校 | 平成25年4月19日 | 豚肩肉 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 16 | 宮沢小学校 | 平成25年4月19日 | 笹かまぼこ | 宮城県塩釜市 | ○ | | | | |
| 17 | 長岡小学校 | 平成25年4月19日 | きゅうり | 宮城県登米市 | ○ | | | | |
| 18 | 古川北中学校 | 平成25年4月19日 | ほうれん草 | 宮城県大崎市 | ○ | | | | |
| 19 | 松山小学校 | 平成25年4月19日 | 水菜 | 宮城県大崎市松山 | ○ | | | | |
| 20 | 下伊場野小学校 | 平成25年4月19日 | つぼみ菜 | 宮城県大崎市松山 | ○ | | | | |
| 21 | 古川東保育所 | 平成25年4月19日 | れんこん | 茨城県 | ○ | | | | |
| 22 | 古川西中学校 | 平成25年4月22日 | つぼみ菜 | 宮城県大崎市古川 | ○ | | | | |

| 食材数 | 食材提出校名 | 検査日 | 品目 | 産地 | 簡易検査結果 ※ | | 精密検査結果(単位:ベクレル/kg) | | |
|-----|-------------|------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------------|------|---------|
| | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム |
| 23 | 松山中学校 | 平成25年4月22日 | せり | 宮城県大崎市松山 | ○ | | | | |
| 24 | 東大崎小学校 | 平成25年4月22日 | 長ネギ | 宮城県大崎市古川 | ○ | | | | |
| 25 | 松山保育所 | 平成25年4月22日 | きゅうり | 宮城県岩沼市 | ○ | | | | |
| 26 | 古川南中学校 | 平成25年4月24日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 27 | 西古川小学校 | 平成25年4月24日 | 三ツ葉 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 28 | 富永小学校 | 平成25年4月24日 | 大根 | 宮城県仙台市 | ○ | | | | |
| 29 | 清滝小学校 | 平成25年4月24日 | 小松菜 | 宮城県 | ○ | | | | |
| 30 | 岩出山保育所 | 平成25年4月24日 | ピーマン | 茨城県 | ○ | | | | |
| 31 | 大崎南学校給食センター | 平成25年4月25日 | きゅうり | 宮城県名取市 | ○ | | | | |
| 32 | 田尻学校給食センター | 平成25年4月25日 | キャベツ | 神奈川県 | ○ | | | | |
| 33 | 岩出山学校給食センター | 平成25年4月25日 | ほうれん草 | 宮城県栗原市 | ○ | | | | |
| 34 | 田尻すまいる園 | 平成25年4月25日 | レタス | 宮城県大崎市 | ○ | | | | |
| 35 | 三本木ひまわり園 | 平成25年4月25日 | まいたけ | 宮城県大和町 | ○ | | | | |

※「簡易検査結果」の欄中の「精密検査の実施の目安」とは、簡易検査の結果が国が定める基準値の1/2を超えているか否かを○印で示すものです。

- 簡易検査において、国が定める基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された場合には、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査をおこないます。
- 簡易検査の対象は「一般食品」で、食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウムの基準値は、放射性セシウム134と137の合計で100ベクレル/kgです。

問い合わせ:教育委員会教育総務課(電話:0229-72-5032)