

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
契約番号	2026000346	
品名	自動体外式除細動器（AED）賃貸借（古川保健福祉プラザ外）	
番号	質問事項	回答事項
1	「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。	可とします。
2	仕様書 5(1)「キャリングケース」とありますが、AED本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか	仕様書 5 (2) の②AED付属品の仕様を満たし、AED本体メーカーの純正品と同等以上の機能を有するのであれば可とします。
3	仕様書 5(1)「日常点検票様式」とありますが、取扱説明書にコピーしてご使用いただくための点検票を記載していればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書 5(4)①・7(10)・13 AED 収納ボックスについて「壁掛け型またはスタンド型」 「【収納ボックス】参考品番」とありますが、既設の壁掛けボックスを流用させて頂いてもよろしいでしょうか。 ご承認いただけない場合、弊社製壁ボックス AEB0050 を同等品としてご承認頂けますでしょうか。 また、「賃貸借期間終了後の AED（付属品含む）の処分について、無償で行うこと」とありますが収納ボックスの撤去も含む認識でよろしいでしょうか。その場合、壁ボックスのビス穴の補修程度と考えてよろしいでしょうか。	新規での設置をお願いします。 同等品と認めます。 処分については、お見込みのとおりです。また、ビス穴の補修については適切な処理をお願いします。

<p>5 仕様書 6(1) 「修繕」とありますが、機器の異常が発生した場合は、お客様より弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰しますがよろしいでしょうか。 修理ではなく交換で対応するため、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>6 仕様書 6(6) 「納品後、年1回ともに職員に対し使用方法の講習を行うこと」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明の YouTube 動画を用意しています。また、弊社コールセンター（24 時間対応）へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお答えする体制もごございます。 そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。 もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書 6 (6) の「なお書き」以降に該当するため、現地対応は不要とします。</p>
<p>7 仕様書 7(8) 「保守点検」「保守点検について有資格者が行うこと」とありますが、参考見積提出時、「各設置施設から要請があったときは、人員による保守点検が必要」と質疑会頭頂いた件について、点検のうえ機器の異常が発生した場合は、お客様より弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰しますので、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>令和 8 年 4 月 2 7 日</p> <p style="text-align: right;">回答者 健康推進課長 (公印省略)</p>	

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。