

食品等放射性物質簡易測定結果(R4.12)

(単位:ベクレル/kg)

測定日	検体数	品 目	採取地	採取日	測定値
12/1	0				
12/2	0				
12/5	5	土	大崎市古川川熊	令和4年11月26日	24.8
		土	大崎市古川川熊	令和4年11月26日	27.4
		土	大崎市古川若葉町	令和4年11月26日	160.4
		土	大崎市古川小泉	令和4年11月26日	56.4
		土	大崎市古川新田	令和4年11月26日	229.7
12/6	5	土	大崎市古川中里	令和4年11月26日	705.8
		土	大崎市古川桜ノ目	令和4年11月26日	187.6
		土	大崎市古川桜ノ目	令和4年11月29日	52.6
		土	大崎市古川富長	令和4年11月29日	61.9
		土	大崎市古川富長	令和4年11月29日	61
12/7	5	土	大崎市古川小林	令和4年11月29日	39.5
		土	大崎市古川沢田	令和4年11月29日	47.8
		土	大崎市古川桜ノ目	令和4年11月29日	61.2
		土	大崎市古川休塚	令和4年11月29日	79.9
		土	大崎市古川富長	令和4年11月29日	110.7
12/8	0				
12/9	0				
12/12	0				
12/13	0				
12/14	0				
12/15	0				
12/16	0				
12/19	0				
12/20	2	土	大崎市古川福沼	令和4年12月17日	218.1
		土	大崎市古川中里	令和4年12月19日	107.4
12/21	0				
12/22	0				
12/23	0				
12/26	0				
12/27	0				
12/28	0				
計	17				

- ※1 測定値は、大崎市の「参考値」です。
- ※2 測定値は、放射性セシウム134と137の合計です。
- ※3 測定値が「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、「不検出」横の()内の値はその測定の検出下限値を示しています。
- ※4 測定機器は、EMFジャパン株式会社製 EMF211型ガンマ線スペクトロメータ
(☆印は、CAPINTEC社製 CAPTUS-3000A 教委で測定)
- ※5 測定時間は、1200秒