

令和 5 年度学校の校庭等における空間放射線量率測定実施要領

1 測定実施箇所及び測定担当課

別紙に記載のとおり

2 測定方法

- (1) 測定器のスイッチを入れ、安定させてから測定開始。
(使用機器) NaI シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B
時数を 30 秒に設定し、設定した時定数の 3 倍程度の時間が経過して画面に表示される指示値が安定した時の値を読み取る。
- (2) 雨天及び雨上がり直後（おおむね 2 時間）の測定は避ける。
- (3) 周囲が開けた場所で測定する。
- (4) 小学校以下では 0.5m、中学校では約 1m の高さで測定する。
- (5) 1 地点につき 1 回測定する。